

Χρήστης: Anonymous

Διαβουλεύσεις

Αναζήτηση Διαβούλευσης

Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για καταχωρήσεις Διαβουλεύσεων συμπληρώνοντας ταυτόχρονα ένα ή και περισσότερα κριτήρια στα πεδία ανάζ-

Κριτήρια Αναζήτησης**Μοναδικός Κωδικός**

Πληκτρολογήστε τον Μοναδικό Κωδικό.

Ημερ/via Από 02/11/2020 Ήως 02/11/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η Υ.Π.Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΑΥΓΑΝΗΣ ΕΛΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Αριθ. πρωτ. 95959
Ημερομηνία 18-11-20

Τίτλος


για να αναζητήσετε με βάση τον τίτλο αρκεί να προσθέστε τη λέξη που επιθυμείτε να αναζητήσετε

Σελίδα 1 / 1

Σύνολο: 6**ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Οχημάτων**

Στοιχεία Διαβούλευσης

Δημοσιεύθηκε **02/11/2020** Τελευταία ανανέωση**Σχόλια 2****ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ**Στοιχεία Διαβούλευσης **Ανενεργή**Δημοσιεύθηκε **02/11/2020** Τελευταία ανανέωση**Σχόλια 3****ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ. Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ ΔΙΚΤΥΩΝ**Στοιχεία Διαβούλευσης **Ανενεργή**Δημοσιεύθηκε **02/11/2020** Τελευταία ανανέωση**Σχόλια 0**



Χρήστης: Anonymous

Διαβουλεύσεις

► Αναζήτηση Διαβουλεύσεων ► Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Δημοσιεύθηκε 02/11/2020 Τελευταία ανανέωση Ημ/νία Λήξης 17/11/2020

Μοναδικός Κωδικός 20DIAB000014071

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΗΛΑΕΓΓΥΗΣ

Άρτα 2-11-2020

Αριθ. πρωτ.:.

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Ε.Κίτση, Α.Ζέρβα
Ρ. Αραβαντηνού
Γ. Βασσιούλα
Τηλέφωνο : 268136 1128
FAX : 2681361407
Διεύθυνση : Λόφος Περάνθης
47 100 – ΑΡΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 2Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια << ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ >> CPV:33192230-3.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από :α) από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) <http://www.eprocurement.gov.gr> → Γενικές Πληροφορίες → Διαβουλεύσεις → Τρέχουσες Διαβουλεύσεις και β) από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου <http://www.gnartas.gr>

Η διάρκεια ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση τους στο ΕΣΗΔΗΣ .

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν άμεσα και αυτόματα, με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντypγrafή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στ πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail:

diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θ αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου» τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail :

diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της

ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Γενικό Νοσοκομείο ΑΡΤΑΣ δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις-σχόλια και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κατεβάστε το αρχείο

Σχόλια

Όνομα Άρθρο 2η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών
ΑΝΔΡΙΩΤΗ E. Email προδιαγραφών για την προμήθεια Ημ/via
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. chryssadakos@biosense.gr Χειρουργικής Τράπεζας Γενικής και 17/11/202
Ορθοπεδικής Χειρουργικής

2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

"ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ"

CPV:33192230-3.

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Με το παρόν θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την προμήθεια «Χειρουργική τράπεζας γενικής και ορθοπεδικής χειρουργικής» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. Πιο συγκεκριμένα:

Στην παράγραφο 3 αναφέρεται:

«Η χειρουργική τράπεζα να ασφαλίζει στη βάση της κολώνας (να αναφερθεί ο τρόπος) ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια κα την χρήση της καθώς και η αποφυγή ανατροπής της, ανεξαρτήτως των δυνάμεων που θα ασκούνται σε αυτή.»

Η ανωτέρω προδιαγραφή φωτογραφίζει συγκεκριμένο κατασκευαστικό οίκο και δυσχεραίνει την ευρύτερη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οπότε και προτείνουμε την διαμόρφωση της ως εξής:

«Η χειρουργική τράπεζα να ασφαλίζει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια κατά την χρήση της καθώς και η αποφυγή ανατροπής της, ανεξαρτήτως των δυνάμεων που θα ασκούνται σε αυτή. (να αναφερθεί ο τρόπος)»

Στην παράγραφο 4 αναφέρεται:

«Οι τροχοί να είναι πλήρως καλυπτόμενοι, για ευκολότερο καθαρισμό και απολύμανση της χειρουργικής τράπεζας προς αποφυγή δημιουργίας σημείων εστίασης μικροβίων.»

Ομοίως, η ανωτέρω προδιαγραφή ουδεμία χρησιμότητα έχει και είναι άκρως περιοριστική. Επίσης φωτογραφίζει πάλι τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο και δυσχεραίνει την ευρύτερη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οπότε και προτείνουμε την απαλοιφή της.

Στην παράγραφο 15 αναφέρεται:

«Για τον καλύτερο έλεγχο και την παρακολούθηση των λειτουργιών της τράπεζας, να διαθέτει ενδείξεις για τις ακόλουθες καταστάσεις:

- Το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών
- Τον προσανατολισμό της επιφάνειας
- Τις γωνίες κλίσης καθώς και την εκτελούμενη κίνηση
- Μηνύματα λειτουργίας

Ουδεμία χρησιμότητα υπάρχει στο να απεικονίζονται οι γωνίες κλίσης. Επίσης δεν υπάρχει κανένα κλινικό όφελος από τη συγκεκριμένη ένδειξη, η οποία επιδεικνύει συγκεκριμένο κατασκευαστικό οίκο και περιορίζει τον υγή ανταγωνισμό. Για την ευρύτερη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία προτείνουμε τη διαμόρφωση της προδιαγραφής ως εξής:

«Για τον καλύτερο έλεγχο και την παρακολούθηση των λειτουργιών της τράπεζας, να διαθέτει ενδείξεις για τις ακόλουθες καταστάσεις:

- Το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών
- Τον προσανατολισμό της επιφάνειας
- Την εκτελούμενη κίνηση
- Μηνύματα λειτουργίας

Στην παράγραφο 16 αναφέρεται:

«Να επιτυγχάνονται ηλεκτρικά οι παρακάτω λειτουργίες και ρυθμίσεις:

-
-
-
- Διαμήκη ολίσθηση της χειρουργικής επιφάνειας στο οριζόντιο επίπεδο μεγέθους 30 εκατοστών τουλάχιστον για δημιουργία μεγάλης ακτινοδιαπερατής επιφάνειας»

Για την βέλτιστη συνεργασία της χειρουργικής τράπεζας με το C-arm, είναι απαραίτητο να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο παράθυρο ακτινοσκόπησης, κάτιο το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί με την δυνατότητα οριζόντιας ολίσθησης κατά τουλάχιστον 38 cm. Οι περισσότεροι καταξιωμένοι κατασκευαστικοί οίκοι χειρουργικών τραπεζών καλύπτουν την ανωτέρω προδιαγραφή. Ως εκ τούτου, προτείνουμε την αναδιατύπωση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:

«Να επιτυγχάνονται ηλεκτρικά οι παρακάτω λειτουργίες και ρυθμίσεις:

-
-
-
- Διαμήκη ολίσθηση της χειρουργικής επιφάνειας στο οριζόντιο επίπεδο μεγέθους 38 εκατοστών τουλάχιστον για δημιουργία μεγάλης ακτινοδιαπερατής επιφάνειας»

Στην παράγραφο 17 αναφέρεται :

«Να διαθέτει τρόπο για την αυτόματη ρύθμιση :

-
-
- Θέσης Beach chair για επεμβάσεις ώμων»

Η ανωτέρω προδιαγραφή φωτογραφίζει συγκεκριμένο κατασκευαστικό οίκο και δυσχεραίνει την ευρύτερη συμμετοχή στη διαγωνισμό χωρίς κάποιο κλόψη, οπότε και προτείνουμε την διαμόρφωση της ως εξής:

«Να διαθέτει τρόπο για την αυτόματη ρύθμιση :

- Θέσης zero position για την επαναφορά της χειρουργικής επιφάνειας στην βασική οριζόντια θέση
- Θέσης flex/reflex
- Θέση Beach chair για επεμβάσεις ώμων - να ρυθμίζεται αυτόματα ή με συνδυασμό κινήσεων»

Στην παράγραφο 18 αναφέρεται :

«Να εκτελεί μηχανικά ή ηλεκτρικά μέσω χειροπληκτρολογίου τις εξής κινήσεις:

-
-
- Κλίση των κάτω τμημάτων των ποδιών για επίτευξη θέσης jack- knife: ±80 ° περίπου.»

Η ανωτέρω προδιαγραφή φωτογραφίζει συγκεκριμένο κατασκευαστικό οίκο και δυσχεραίνει την ευρύτερη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προδιαγράφεται κάπι τέτοιο, όταν η συγκεκριμένη θέση, μπορεί να επιτευχθεί ευκολότερα με την προσθήκη ενός εξαρτήματος foot board. Ως εκ τούτου, για να μην περιοριστεί η συμμετοχή στον διαγωνισμό, προτείνουμε να αναδιατυπωθεί η προδιαγραφή ως εξής:

«Να εκτελεί μηχανικά ή ηλεκτρικά μέσω χειροπληκτρολογίου τις εξής κινήσεις:

-
-
- Κλίση των κάτω τμημάτων των ποδιών για επίτευξη θέσης jack- knife: ±80 ° περίπου ή να συνοδεύεται με εξάρτημα ποδιών (foot board) για την επίτευξη της συγκεκριμένης θέσης.»

Στην παράγραφο 19 αναφέρεται :

«Η χειρουργική τράπεζα να μπορεί να δεχθεί φορτίο έως και 250 κιλά χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό στο εύρος των ηλεκτρικών της κινήσεων ακαι στην θέση reverse.»

Για την ορθότερη διατύπωση της συγκεκριμένης προδιαγραφής με γνώμονα πάντα την ορθή τοποθέτηση του ασθενούς και την ασφαλή λειτουργία της χειρουργικής τράπεζας προτείνουμε την λεπτομερέστερη αναδιατύπωσή της ως εξής:

«Η χειρουργική τράπεζα να μπορεί να δεχθεί φορτίο έως και 250 κιλά χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό στο εύρος των ηλεκτρικών της κινήσεων εφόσον ο ασθενής βρίσκεται σε βαρυκεντρική ή κεντρική θέση.»

Με εκτίμηση,
Ελισάβετ Ανδριώτη
Νόμιμη Εκπρόσωπος

Όνομα Email paipetis@medic- Αρθρο Σχόλια για διαβούλευση Χειρουργικής Ημ/νια
MEDIC PLAN plan.com Τράπεζας Γενικής και Ορθοπεδικής Χειρουργικής 16/11/2020
Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφερόμενοι στην ανωτέρω 2η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών, σας υποβάλλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις μας προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες επιτροπές για την σύναψη των τελικών προδιαγραφών και την ενσωμάτωσή τους σε διακήρυξη για την προμήθεια των ειδών. Αναλυτικότερα:

A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Παράγραφος 16: Ο όρος «Οι κινήσεις της πλευρικής κλίσης και της κλίσης trendelenburg / antitrendelenburg να μπορούν να συνδυαστούν χωρίς περιορισμό στο εύρος γωνιών που ορίζει η προδιαγραφή», είναι ιδιαίτερα περιοριστικός και εμποδίζει τη συμμετοχή της εταιρίας μας στο διαγωνισμό. Προτείνεται η τροποποίηση του ως εξής:

« Να αναφερθεί προς αξιολόγηση το εύρος γωνιών που επιτυγχάνεται σε περίπτωση συνδυασμού των κινήσεων πλευρικής κλίσης και της κλίσης trendelenburg / antitrendelenburg.»

Παράγραφος 18: Ο όρος «Κλίση των κάτω τμημάτων των ποδιών για επίτευξη θέσης jack-knife: ±80° περίπου», είναι φωτογραφικός και εμποδίζει τη συμμετοχή της εταιρίας μας στο διαγωνισμό. Προτείνεται η τροποποίηση του ως εξής:

«Κλίση των κάτω τμημάτων των ποδιών για επίτευξη θέσης jack-knife με τη χρήση ειδικού εξαρτήματος».

Παράγραφος 5: Προκειμένου να εξασφαλίζεται η μακροχρόνια χρήση της υπό προμήθεια τράπεζας, προτείνεται το υλικό κατασκευής να είναι εξολοκλι ανοξείδωτος χάλυβας, χωρίς πλαστικά μέρη. Για το λόγο αυτό προτείνεται η τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου ως εξής:

«Όλη η χειρουργική τράπεζα (εκτός από τα μέρη που φέρουν ελαστική επικάλυψη) να είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας και αντοχής ανοξείδωτο χάλυβα, για τη μέγιστη δυνατή αντιχαρακτική και ανπιαθρωτική προστασία.»

Προτείνεται επίσης να προστεθούν οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές έτσι ώστε να επιπευχθεί η προμήθεια πλήρως αναβαθμισμένου χειρουργικού τραπεζού, σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης:

- Να παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να διακόπτει άμεσα όλες τις εκτελούμενες ηλεκτρικές κινήσεις σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης.
- Να παρέχεται η δυνατότητα απομνημόνευσης 30 τουλάχιστον χειρουργικών θέσεων από το χρήστη αλλά και στιγμιαίας απομνημόνευσης χειρουργικής θέσης από το χρήστη.
- Η χειρουργική τράπεζα να είναι κατάλληλη για λειτουργία σε εκρηκτικό περιβάλλον χειρουργείου και με ασφάλεια εγκατάστασης σε παρουσία εύφλεκτου ανασθητικού αερίου κατηγορίας AP.
- Να παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη ενεργοποίησης αυτόματου περιορισμού στις κινήσεις και στα εύρη της χειρουργικής τράπεζας, με τη τοποθέτηση βάρους άνω των 250 Κιλών σε αυτήν.
- Να διαθέτει σύστημα για την αποφυγή σύγκρουσης της χειρουργικής επιφάνειας με το δάππεδο σε περίπτωση λάθους χειρισμού από το χρήστη.

Μετά τιμής,

Για την MEDIC PLAN

Παῖπέτης Νικηφόρος
(Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Προϊστάμενος Τμήματος Πωλήσεων)

Όνομα Άρθρο 2η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ημ/via ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ N. Email Χειρουργικής Τράπεζας Γενικής και 12/11/202 AE info@papapostolou.gr Ορθοπεδικής Χειρουργικής

Αξιότιμοι Κύριοι

Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιπρόπτης σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, επιθυμούμε να προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων από αυτών, προκειμένου η εταιρεία μας να έτην δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποσκοπώντας πάντα στην διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτόν προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντο δεδομένου ότι σκοπός του κάθε διαγωνισμού είναι να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και να μεγιστοποιείται ο λόγος Ποιότητας προς Τιμής.

Η εταιρεία μας, εμπορεύεται στην Ελλάδα τις χειρουργικές τράπεζες του κατασκευαστικού οίκου TRUMPF Γερμανίας, μέλος του ομίλου HILL – ROM Η. Πρόκειται αν όχι ίσως για τον κορυφαίο, αλλά μεταξύ των κορυφαίων και σίγουρα τον μεγαλύτερο κατασκευαστή πταγκοσμίως, με τα προϊόντα του, μετ των οποίων και το υπό προμήθεια είδος, εδώ και χρόνια να έχουν εγκατασταθεί και χρησιμοποιούνται στα μεγαλύτερα νοσοκομεία όλου του κόσμου. Σ Ελλάδα χρησιμοποιούνται από τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία, στα χειρουργεία τους (ενδεικτικά Γ.Ν.Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Π.Γ.Ν. Πατρών, και πολλά άλλα.) Είναι αναμφισβήτητο ότι οι χειρουργικές τράπεζες του κατασκευαστικού οίκου TRUMPF Γερμανίας, μέλος του ομίλου HILL – ROM ΗΠΑ περιλαμβάνονται στις πιο εξελιγμένα τεχνολογικά και φημισμένα διεθνώς ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των χειρουργικών τραπεζών μας είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις όλων των νοσοκομείων του κόσμου και επλέγονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπερκαλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται από μακροχρόνιες επιστημονικές έρευνες της ιατρικής κοινότητας, ωστόσο με τις δεδομένες τεχνικές προδιαγραφές, εμποδίζεται η συμμετοχή μας σε αυτόν και λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οι τεχνικές

προδιαγραφές πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, ώστε μέσω της ανάπτυξης ανταγωνισμού να επιτυγχάνονται πλέον συμφέροντες δροι προμήθειας για την αναθέτουσα αρχή προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων προδιαγραφών ως ακολούθως:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Στην ΕΝΟΤΗΤΑ Α, παράγραφος 4, ζητείται

«4. Οι τροχοί να είναι πλήρως καλυπτόμενοι από τη βάση για ευκολότερο καθαρισμό και απολύμανση της χειρουργικής τράπεζας προς αποφυγή δημιουργίας σημείων εστίασης μικροβίων».

Η απαίτηση της προδιαγραφής «οι τροχοί να είναι πλήρως καλυπτόμενοι από την βάση», είναι ασαφής ενώ η διατύπωση της τεχνικής προδιαγραφής αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό χειρουργικής τράπεζας συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου, με αποτέλεσμα να αποκλείονται φυσικά στην εταιρία μας να συμμετάσχει στο διαγωνισμό αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο κατασκευαστή για τους παρακάτω λόγους:

Οι περισσότερες χειρουργικές τράπεζες των κυριότερων οίκων κατασκευής – μεταξύ αυτών και οι τράπεζες που η εταιρία μας επιθυμεί να προσφέρει – καλύπτουν τους τροχούς από την βάση, ώστε σε περίπτωση που πέσει κάπι από το χειρουργικό πεδίο (αντικείμενο ή βιολογικά υγρά, κλπ) να μην υπάρχει σε επαφή με τους τροχούς.

Όμως υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο, συγκεκριμένου κατασκευαστή που καλύπτει τους τροχούς εκτός από την βάση στο άνω μέρος, (όπως όλο άλλωστε) αλλά και στα πλάγια και σε όλο το ύψος, καθιστώντας τους αόρατους με ότι προβλήματα αυτό δημιουργεί στην πρόσβαση σε περίπτωση επιθυμίας καθαρισμού, πιθανής επισκευής, κλπ.

Για όλα τα παραπάνω και για αποφυγή παρερμηνεών, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την οικεία παράγραφο ως κάτωθι :

«4. Οι τροχοί να είναι καλυπτόμενοι από τη βάση για ευκολότερο καθαρισμό και απολύμανση της χειρουργικής τράπεζας προς αποφυγή δημιουργίας σημείων εστίασης μικροβίων».

Στην ΕΝΟΤΗΤΑ Α, παράγραφος 15, ζητείται

«15. Για τον καλύτερο έλεγχο και την παρακαλούθηση των λειτουργιών της τράπεζας, να διαθέτει ενδείξεις για τις ακόλουθες καταστάσεις:

- Το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών
- Τον προσανατολισμό της επιφάνειας
- Τις γωνίες κλίσης καθώς και την εκτελούμενη κίνηση
- Μηνύματα λειτουργίας

Η απαίτηση ύπαρξης ενδείξεων για τις γωνίες κλίσης, περιορίζει την ευρεία συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς να προσφέρει κάποιο ουσιαστικό όφελος τόσο για τον χρήστη όσο και για τον ασθενή. Οι εκάστοτε κλίσεις της επιφάνειας ή τμημάτων αυτής που πραγματοποιεί ο χρήστης αποφασίζονται από την φυσική παρατήρηση της επιθυμητής θέσης του ασθενή που επιθυμεί κάθε φορά ο χειρουργός και σε καμία περίπτωση από την αριθμητική ένδειξη της κλίσης.

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την οικεία παράγραφο ως κάτωθι :

«15. Για τον καλύτερο έλεγχο και την παρακαλούθηση των λειτουργιών της τράπεζας, να διαθέτει ενδείξεις για τις ακόλουθες καταστάσεις:

- Το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών
- Τον προσανατολισμό της επιφάνειας
- Την εκτελούμενη κίνηση
- Μηνύματα λειτουργίας»

Θεωρούμε ότι με τις παραπάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις θα αποφευχθεί ο περιορισμός άνευ νόμιμου ερείσματος της ανάπτυξης ανταγωνισμού θα δοθεί η δυνατότητα στον φορέα σας να επιλέξει μεταξύ περισσότερων αξιόπιστων μηχανημάτων και δη προς όφελος του τελικού χρήστη αυτών, ότι άλλωστε αναγράφεται και στο άρθρο 54 του Νόμου 4412/2016 (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) όπου ρητώς ορίζεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές «4. δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαιτερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα».

Για την ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ

Ιωάννης Γόγολος

